

附件

专家论证意见

专业人员信息	姓名：高立	
	职称：教授	
	工作单位：华南理工大学	
项目信息	项目名称：复旦大学太赫兹信号源频率扩展模块	
	预算金额（万元）：150	
专业人员论证意见	<p>复旦大学太赫兹信号源频率扩展模块包含了频率覆盖 67GHz~400GHz 太赫兹信号发生仪器，要求输出功率高，同时，75GHz~170GHz 具有功率稳幅输出功能，稳幅输出准确度高，对企业的技术开发水平和技术基础要求高。除此以外，仪器的长期可靠性及售后维护、技术支持对企业的整体研发及保障能力要求高。中小企业无法满足技术指标及仪器的长期可靠性，同时售后维护存在风险。</p> <p>因此，本项目不适宜专门面向中小企业采购。</p>	
专业人员签字	高立	日期 2025 年 7 月 3 日

注：本表格中专业人员论证意见可打印，签字须手写。